

附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李文传	
	职称: 医学装备科科长	
	工作单位: 玉门市荣军医院	
项目信息	项目名称: 关于单一来源采购放射科联影UC7510CT扫描球管延期论证	
	项目预算金额: 48万元	
专业人员论证意见	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
	经核查,我院放射科现用联影UC7510CT扫描球管已严重老化,存在图像质量下降及设备运行不稳定等潜在风险,该CT设备为我院精神科临床诊疗重要影像检查的关键设备,其正常运行直接影响到诊疗安全。 根据设备厂商技术说明,仅原厂球管可确保整机系统兼容性、稳定性及UDI追溯有效性,若使用非原厂配件,将导致设备无法通过联影官方认证,需重新注册备案,存在设备重大合规与安全风险。 鉴于上述技术唯一性和临床紧急性,同意本次以单一来源方式向上海联影医疗科技股份有限公司采购原厂CT球管。	
	李文传	日期 2026 年 4 月 7 日
专业人员签字		

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨媚
	职称：放射医学副主任医师
	工作单位：玉林市荣军优抚医院
项目信息	项目名称：关于以单一来源采购方式申购联影uCT 510 CT备用球管内部技术论证
	项目预算金额：人民币肆拾捌万元整（¥480,000.00）
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	本人作为玉林市荣军优抚医院放射科负责人，深知精神障碍患者接受CT检查具有“高风险、高时效、低容错”的显著特点，此类患者因幻觉妄想或躁动不安难以耐受检查，必须在最短时间内完成高质量的CT扫描，以确保诊疗安全与效率。 目前，我科所用联影uCT510设备的球管性能已明显衰减，具体表现为图像噪声显著增加、热容量下降，近期多次出现因球管过热导致的扫描中断。若设备突发停机，将直接中断急诊抢救CT，严重影响评估与关键诊疗流程，严重威胁患者生命安全，更对我院以精神障碍患者为主的特殊服务群体构成重大风险。 经技术评估，唯有采用上海联影医疗科技股份有限公司原厂提供的CT球管方可确保设备的扫描速度、图像质量及热容量等核心性能指标。非原厂球管无法通过联影原厂的系统校准技术验证，将导致整机LDD失效，需重新制定校准方案，影响设备合规使用，更可能引入可控的医疗安全隐患。 鉴于上述情况，为保障精神障碍患者诊疗工作的连续性、安全性与合规性，本同意以单一来源采购方式，向上海联影医疗科技股份有限公司采购原厂CT球管。
专业人员签字	杨媚 日期2026年4月7日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：徐向明	
	职称：放射医学主管技师	
	工作单位：玉林市荣军优抚医院	
项目信息	项目名称：关于以单一来源采购方式申购联影uCT 510 CT备用球管内部技术论证	
	项目预算金额：人民币肆拾捌万元整（¥480,000.00）	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	本人作为玉林市荣军优抚医院放射科主管技师，深知精神障碍患者接受CT检查具有“高配合、高时效、低差错”的显著特点。此类患者常因幻觉妄想或激越状态难以配合检查，必须在最短时间内完成高质量的CT扫描，以保证诊疗安全与效率。 目前，我科所用联影uCT510设备的球管性能已明显衰减，具体表现为图像噪声显著增加、热容量下降，近期多次出现因球管过热导致的扫描中断。若设备突发停机，将直接影响急诊头颅CT扫描中急诊评估等关键诊疗流程，严重威胁患者生命安全，尤其对我院以精神障碍患者为主的特殊服务对象构成重大风险。 经技术评估，唯有采购上海联影医疗科技股份有限公司原厂提供的CT球管，方可确保设备的扫描速度、图像质量及低重复率等核心性能指标。非原厂球管无法通过联影原厂的系统校准与技术绑定，将导致整机UDI序列号失效，需重新注册备案，不仅影响设备合规使用，更可能引入不可控的医疗安全隐患。 鉴于上述情况，为保障精神专科医院急诊诊疗工作的连续性、安全性与合规性，本人同意以单一来源采购方式，向上海联影医疗科技股份有限公司申购原厂CT球管。	
	专业人员签字	徐向明

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。